

## الأسئلة المتداولة حول اختبارات كوفيد-19 منتهية الصلاحية

لا تتخلص من اختبارات كوفيد-19 منتهية الصلاحية في الوقت الحالي. فيما يلي بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان اختبار كوفيد-19 ما زال جيداً للاستخدام بعد مرور تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.

### هل يمكنني استخدام اختبار كوفيد-19 منتهي الصلاحية؟

نعم. نشرت Washington State Department of Health (DOH)، وزارة الصحة في ولاية واشنطن) [موافقة رسمية على استخدام الاختبارات منتهية الصلاحية](#) (باللغة الإنجليزية)، مادام الاختبار يجتاز مراقبة الجودة، التي سنتناولها بالتفصيل أدناه.

إضافةً إلى ذلك، تتلقى بعض اختبارات كوفيد-19 تمديد الصلاحية من U.S. Food and Drug Administration (FDA)، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية)، والتي تمنح تلك الاختبارات تواريخ صلاحية جديدة، تختلف عن تلك التي تراها على العبوة. يمكنك البحث في [قائمة FDA للاختبارات ذات الصلاحية الممتدة](#) (باللغتين الإنجليزية والإسبانية) لمعرفة أي الاختبارات لها تاريخ انتهاء صلاحية مُحدَّث. حتى إذا كان للاختبار تاريخ انتهاء صلاحية مُحدَّث وأصبح الآن في الماضي، فما زال بإمكانك استخدامه إذا كان يجتاز مراقبة الجودة، وذلك وفقاً لتوصيات DOH.

الخلاصة: يمكنك استخدام اختبار منتهي الصلاحية ما دام يجتاز اختبار مراقبة الجودة المُدمج.

### كيف أعرف أن اختبار كوفيد-19 منتهي الصلاحية سوف يمنحني النتائج الصحيحة؟

هناك تعليمات تأتي مع اختبار كوفيد-19 حول الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتأكد من أن الاختبار يعمل بشكلٍ موثوق به، ما يُعرف أيضاً باسم "مراقبة الجودة". يمكنك عادةً العثور على عملية مراقبة الجودة في قسم نتائج الاختبار الوارد في ورقة تعليمات الاختبار. إن عملية مراقبة الجودة للعديد من الاختبار المنزلية هي ببساطة التأكد من ظهور السطر بجانب الحرف "C" المطبوع على خرطوشة الاختبار عند إسقاط العينة عليها. إذا فشلت عملية مراقبة الجودة، فيجب التخلص من الاختبار.

### كيف يحصل الاختبار على فترة صلاحية ممتدة؟

تلتزم الجهات المُصنِّعة لاختبارات كوفيد-19 بإجراء دراسات تنظر في المدة التي يمكن استخدام الاختبار خلالها. تتعقب FDA هذه البيانات للموافقة على تواريخ انتهاء الصلاحية الممتدة. تُعدّ تمديدات فترة الصلاحية لاختبارات كوفيد-19 أمراً عادياً، حيث تردّ المزيد من البيانات حول الفترة الزمنية التي تستمر فيها هذه الاختبارات.

نأمل أن تُطمئنك هذه المعلومات عند استخدام الاختبارات التي تبدو منتهية الصلاحية وفقاً لتاريخ انتهاء الصلاحية المُدوّن على العبوة. والآن بعد معرفة ما يجب فعله لمعرفة ما إذا كان اختبار كوفيد-19 جيداً للاستخدام أم لا: ما عليك سوى اتباع تعليمات الاختبار الخاصة بمراقبة الجودة. إذا اجتاز الاختبار مراقبة الجودة، فهذا يعني أنه ما زال آمناً وجيداً للاستخدام.

شكراً جزيلاً على الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة وصحية!

لطلب الحصول على هذا المستند بتنسيق آخر، اتصل على الرقم 1-800-525-0127. فيما يخص العملاء المصابين بضعف السمع، يُرجى الاتصال بخدمة (Washington Relay) على الرقم 711، أو مراسلة البريد الإلكتروني [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).