

過期的 COVID-19 檢測試劑盒常見問題

先別急著扔掉您過期的 COVID-19 檢測試劑盒。以下是瞭解您的 COVID-19 檢測試劑盒在過了包裝盒上的失效日期之後是否仍然可以使用的方法。

我是否可以與使用過期的 COVID-19 檢測試劑盒？

是的。Washington State Department of Health (DOH, 華盛頓州衛生部) 發佈了一項[允許使用過期的檢測試劑盒的官方批准](#) (英文), 只要檢測試劑盒通過了品質控制仍可繼續使用, 我們將在下面予以解釋說明。

此外, 一些 COVID-19 檢測試劑盒獲得了 U.S. Food and Drug Administration (FDA, 美國食品和藥物管理局) 所批准的延長保質期, 這使得這些檢測試劑盒的新失效日期會與您在盒子上所看到的失效日期不同。您可以查詢 [FDA 的延長保質期的檢測試劑盒清單](#) (英語和西班牙語), 看看哪些檢測試劑盒有更新後的失效日期。根據 DOH 的規定, 即使某個檢測試劑盒的更新後的失效日期已經過期, 但如果其通過了品質控制, 您仍然可以使用該檢測試劑盒。

注意要點: 只要檢測試劑盒通過了內置的品質控制檢查, 您就可以正常使用。

我如何知道過期的 COVID-19 檢測試劑盒會為我提供正確的檢測結果？

您的 COVID-19 檢測試劑盒會附帶採取哪些步驟可以確保其進行可靠檢測的說明, 也稱為「品質控制」。您通常可以在檢測試劑盒說明書中的檢測結果部分, 找到品質控制過程。許多居家檢測試劑盒的品質控制過程只是為了確保當樣本滴在檢測試劑盒上時, 檢測試劑盒上所印的「C」字母旁邊的線可以顯現出來。如果品質控制過程失敗, 那麼您應該丟棄該檢測試劑盒。

檢測試劑盒如何獲得延長的保質期？

已要求 COVID-19 檢測試劑盒的製造商做研究, 以瞭解檢測試劑盒可以使用多長時間。FDA 會對這一資料進行跟蹤, 以對延長的失效日期進行批准。隨著更多關於這些檢測試劑盒可以使用多長時間的資料的出現, 延長 COVID-19 檢測試劑盒的保質期是正常的。

我們希望此資訊可以使您在使用根據包裝盒上的失效日期來看已經過期的檢測試劑盒時, 會感到放心。現在您便清楚了該怎麼做才能知道您的 COVID-19 檢測試劑盒是否可以使用的方法: 只需按照檢測說明進行品質控制即可。如果檢測試劑盒通過了品質控制, 則表明其仍然安全且可以使用。

感謝您為保持我們社區的安全和健康所做的一切!

如需獲取本件的其他格式, 請致電 1-800-525-0127。聽障或聽不清的客戶, 請致電 711 (Washington Relay) 或寄電子郵件至 civil.rights@doh.wa.gov。