

## שאלות נפוצות על ערכות לבדיקת COVID-19 שפג תוקפן

אל תמהרו להשליך את הערכות לבדיקת COVID-19 שפג תוקפן. הנה כמה דרכים לדעת האם הערכה לבדיקת COVID-19 שלכם עדיין טובה לשימוש לאחר תאריך התפוגה המופיע על האריזה.

### האם ניתן להשתמש בערכה לבדיקת COVID-19 שפג תוקפה?

כן. Washington State Department of Health (DOH, מחלקת הבריאות של מדינת וושינגטון) פרסמה [אישור רשמי לשימוש בערכות בדיקה שפג תוקפן](#) (באנגלית) כל עוד ערכת הבדיקה עברה בקרת איכות, כפי שמוסבר להלן.

בנוסף, חלק מהערכות לבדיקת COVID-19 מקבלות הארכת חיי מדף מה-FDA (U.S. Food and Drug Administration), מנהל המזון והתרופות האמריקאי, שמעניקה לערכות בדיקה אלה תאריכי תפוגה חדשים השונים מאלה המופיעים על האריזה. תוכלו לעיין ב [רשימת ה-FDA של ערכות הבדיקה עם חיי מדף מאורכים](#) (באנגלית וספרדית) כדי לראות אילו ערכות בדיקה קיבלו תאריכי תפוגה מעודכנים. גם אם לערכת בדיקה יש תאריך תפוגה מעודכן שכבר עבר, על פי ה-DOH, עדיין תוכלו להשתמש בערכת הבדיקה אם היא עוברת בקרת איכות.

המסקנה: ניתן להשתמש בערכות בדיקה שפג תוקפן כל עוד הן עוברות את בדיקת בקרת האיכות המובנית.

### איך אפשר לדעת עם ערכה לבדיקת COVID-19 שפג תוקפה תיתן לי תוצאות נכונות?

הערכת לבדיקת COVID-19 מגיעה עם הוראות לגבי השלבים שיש לבצע כדי לוודא שערכת הבדיקה עובדת כהלכה, הנקראים גם "בקרת איכות". בדרך כלל, ניתן למצוא את תהליך בקרת האיכות בסעיף תוצאות הבדיקה בדף ההוראות לבדיקה. תהליך בקרת האיכות עבור ערכות בדיקה ביתיות רבות הוא למעשה לוודא שהקו המופיע ליד האות "C" המודפסת על משטח הבדיקה מופיע כאשר הדוגמית מטופטפת עליו. אם תהליך בקרת האיכות נכשל, יש להשליך את ערכת הבדיקה.

### איך ערכת בדיקה מקבלת חיי מדף מאורכים?

יצרני ערכות לבדיקת COVID-19 נדרשים לבצע מחקרים הבודקים את משך הזמן בו ניתן להשתמש בערכת בדיקה. ה-FDA עוקב אחר נתונים אלה על מנת לאשר תאריכי תפוגה מאורכים. הארכות לחיי המדף עבור ערכות לבדיקת COVID-19 הן דבר שגרתי ככל שנכנסים נתונים נוספים על משך החיים של ערכות בדיקה אלה.

אנו מקווים שמידע זה מרגיע אתכם בעת השימוש בערכות בדיקה שנראה שפג תוקפן על בסיס תאריך התפוגה המופיע על האריזה. כעת אתם יודעים מה לעשות כדי לבדוק האם הערכה לבדיקת COVID-19 טובה לשימוש: פשוט פעלו על פי ההוראות לבקרת איכות ערכת הבדיקה. האם ערכת הבדיקה עברה את בקרת האיכות, היא עדיין בטוחה וטובה לשימוש.

תודה על כל מאמצים לשמור על הקהילות שלכם בטוחות ובריאות!

לבקשת מסמך זה בפורמט אחר, ניתן להתקשר למספר 1-800-525-0127. לקוחות חרשים או כבדי שמיעה יכולים להתקשר למספר 711 (Washington Relay) או לשלוח דוא"ל לכתובת: [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov)