

## 유효기한이 지난 COVID-19 검사 키트 관련 자주 묻는 질문

COVID-19 검사 키트의 유효기한이 지났더라도 아직은 버리지 마십시오. 다음 방법을 따라 상자에 적힌 유효기한이 지난 COVID-19 검사 키트도 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

### 유효기한이 지난 COVID-19 검사 키트를 사용할 수 있나요?

예. Washington State, Department of Health(DOH, 워싱턴주 보건부)는 해당 검사 키트가 품질 관리를 통과하는 경우에 한해서 [유효기한이 지난 검사 키트 사용을 공식 승인](#)(영어로 제공)하겠다고 발표했습니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

또한 일부 COVID-19 검사 키트는 U.S Food and Drug Administration(FDA, 미국 식품의약청)으로부터 유효기한을 연장받아 해당 검사 키트의 상자에 적힌 날짜와는 다른 새로운 유효기한을 부여받았습니다. [유효기한이 연장된 FDA 검사 키트 목록](#)(영어 및 스페인어로 제공)을 조회하면 유효기한이 갱신된 검사 키트를 확인할 수 있습니다. 현재 검사 키트의 갱신된 유효기한이 지났더라도 DOH의 기준에 따른 품질 관리를 통과한다면 계속해서 사용할 수 있습니다.

주요 사항: 유효기한이 지난 검사 키트라도 이미 확립되어 있는 품질 관리 검사를 통과한다면 계속 사용할 수 있습니다.

### 유효기한이 지난 COVID-19 검사 키트가 올바른 결과를 제공하는지 어떻게 알 수 있나요?

COVID-19 검사 키트에는 해당 키트의 신뢰성 및 유효성 여부를 확인하기 위해 취해야 할 조치('품질 관리'라고도 함)에 대한 지침이 함께 제공됩니다. 일반적으로 검사 지침의 검사 결과 섹션에 품질 관리 절차 관련 내용이 제공됩니다. 대부분 재택 검사 키트의 품질 관리 절차는 그 위에 검체를 떨어뜨렸을 때 검사 카트리지에 인쇄된 'C' 옆의 선이 나타나는지 여부를 간단하게 확인하는 것입니다. 품질 관리 절차를 통과하지 못할 경우 해당 검사 키트를 폐기해야 합니다.

### 검사 키트의 유효기한을 연장하려면 어떻게 해야 하나요?

COVID-19 검사 키트 제조업체는 검사 키트의 사용 가능 기간을 조사하는 연구를 해야 합니다. FDA는 유효기한 연장 승인을 위해 이 데이터를 추적합니다. 해당 검사 키트의 유효기한에 대한 데이터가 늘어남에 따라 일반적으로 COVID-19 검사 키트의 유효기한이 연장됩니다.

상자에 적힌 유효기한이 만료된 것으로 보이는 검사 키트를 사용할 때 이 정보가 도움이 되었으면 합니다. 여기까지 COVID-19 검사 키트를 사용해도 되는지 여부를 확인하는 방법을 알려드렸습니다. 품질 관리를 위한 검사 지침을 준수하시기만 하면 됩니다. 검사 키트가 품질 관리를 통과한다면 계속해서 안전하게 사용할 수 있습니다.

우리 지역사회를 안전하고 건강하게 유지하기 위해 함께 주셔서 감사합니다!

본 문서를 다른 형식으로 요청하려면 1-800-525-0127로 전화하십시오. 청각 장애가 있는 고객은 전화 711(Washington Relay) 또는 이메일([civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov))로 연락하시면 됩니다.