

Nda tu'un jikatu'un siki nda prueba COVID-19 ja iyo caducado

Ma chu'un ní nuu yaká nda prueba COVID-19 ja iyo caducado. Su'va kuni ní nú kuu kuatiñu ní nda prueba COVID-19 ja ni iyo caducado.

A kuu kuatiñu sa in prueba COVID-19 ja ni sa'a caducar

Saa. Washington State Department of Health (DOH, Ve'e nuu jito ja Sa'a tátan ñuu Washington) ni tava ji [tutu ja kachi ja ku kuatiñu yo nda prueba ja ni sa'a caducar](#) (vachi nuu yu'u Inglés) nú ni ya'a prueba ya'a nuu control de calidad, ya'a kachi sa naguá kuu tu'un ya'a.

Suni, sava nda prueba COVID-19 kundeé na'an ka ji chi sukua kachi U.S. Food and Drug Administration (FDA, Ve'e nuu jito tatan ji ja yaji yo ja iyo nuu ñuu Estados Unidos), de vese nuu kaja kachi ja jínu ji kivi ñukua ma sú sukua kuu. Kuu kunde'e ní nuu lista [FDA ja ka'an na kivi nduka tiñu nda prueba](#) (vachi nuu yu'u Inglés ji Español) tágua kuni ní ndekuu nda prueba ja ndíso ji inka kivi ja sa'a caducar ji. Vese in prueba ndíso ji in kivi ja sa'a caducar ji inka kivi ja mita ja ni jinu kivi ñukua, tanu ka'an DOH, kuu kuatiñu nda prueba ya'a nú ni ya'a ji nuu control de calidad.

Ja iyo ini ve'e ní: Kuu kuatiñu ní in prueba caducado nú ni ya'a ji nuu control de calidad ja ndíso ji.

Nasa jini sa ja va'a kee nuu in prueba COVID-19 ja ni sa'a caducar

Prueba COVID-19 ní kundiso ji tutu nuu kachi naguá jiniñu'un sa'a ní tágua va'a satiñu ji jín tágua va'a kee nuu ji, ja suni nani "control de calidad". Kuu ndani'in ní nasa sa'a ní control de calidad nuu iyo tu'un ja kachi nasa kuatiñu ní prueba ní. Nduu vijin ja sa'a ní in control de calidad jín kua'a tuni nda prueba ja neva'a ní ini ve'e ní, vachi ni kánuu kunde'e ní nú línea axi raya ja ndee ñati nuu letra "C" ja ndee nuu prueba ní ñama ni natuu ji nú ni kivi le'le ní nuu ji. Nú nduu ní kee va'a nuu control de calidad, ma kuatiñu ka ní prueba ya'a.

Nasa kuu ja in prueba kundeé na'an tuni ji

Nda ñayivi ja sa'a nda prueba COVID-19 sa'a ji estudio siki ndesaa tiempo kuu ja kuu kundeé in prueba. FDA va'a jatiñu ji nda tu'un ya'a tágua sukua kua'a ji tu'un ja koo nda prueba ja kundeé na'an ka tiempo. Ñati ndí'i nda prueba COVID-19 kuu ja kundeé na'an ka ji iini ndetu ja kenda tu'un siki ndesaa kuu ja kundeé nda prueba ya'a.

Ndetu sa ja tu'un ya'a chindeé nuu ní ta jatiñu ní nda prueba ja kachi ja ni sa'a caducar ji. Mita ja jini ní nasa kunde'e ní nuu tiñu prueba COVID-19 ní tágua kuatiñu ní: vachi sa'a ní ja kachi tu'un ja ndíso prueba ní tágua sa'a ní control de calidad prueba ní. Nú ni ya'a prueba ní nuu control de calidad, kuu kuatiñu ní.

¡Nkuta'vi sa siki ja chu'un tuni ini ní koto ni maa mí jín ñuu yo!

Tágua ní'in ní tutu ya'a tánu jiniñu'un ní, ka'an ní nuu 1-800-525-0127. Nda ñayivi ja so'o axi ja nduu níni va'a, kuu ka'an ji nuu 711 (Washington Relay) axi tetiñu ji in correo electrónico nuu civil.rights@doh.wa.gov.